



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-кз/110 от 19.02.2015г.

Генеральному директору
ЗАО «А/О Юнимед»
А.Н. Шибанову
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. За
Тел. (495) 734 91 31 доб. 243

На № 2090
от 09.02.2015 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции производства «Boule Diagnostics International AB», Швеция: ветеринарный гематологический анализатор Exigo; изотонический раствор для гематологического анализатора Exigo, 1,9 л; лизирующий раствор для гематологического анализатора Exigo, 1,9 л; очищающий раствор для гематологического анализатора Exigo, 1,9 л; ферментный очищающий раствор Boule, 100 мл; гипохлоридный раствор Boule, 0,5%; набор очищающих растворов Boule, 3 x 450 мл; контрольные материалы Boule для гематологического анализатора Exigo, 1 x 4,5 мл; контрольные материалы Boule, для гематологического анализатора Exigo, 6 x 4,5 мл; гематологический калибратор Boule, 1 x 3 мл, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к следующим позициям: «Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские» (код ОКП 94 4310), «Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики» (код ОКП 93 9816).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для неё не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79
факсы 253 00 85, 253 68 55

